



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.004.А № 60525

Срок действия до 25 августа 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики давления тензорезистивные APZ, ALZ, AMZ, ASZ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Пьезус", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62292-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 62292-15

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет; 3 года - для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,075\%$; 4 года для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,075\%$ при условии корректировки нулевого значения раз в 6 месяцев

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2020 г. № 1428

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

"28" 08 2020 г.

Серия СИ

№ 045656